



## Prefeitura Municipal de Senador Modestino Gonçalves - MG

Av. Nossa Senhora das Mercês, nº 128, Centro, CEP 39190-000

Tel.: (0xx) 38 3525-1213 CNPJ nº 17.754.110/0001-41

### ERRATA Nº 001 - EDITAL DE LICITAÇÃO

#### PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019

O MUNICÍPIO DE SENADOR MODESTINO GONÇALVES-MG, representado pelo seu Prefeito Municipal, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 003/2019, torna público para conhecimento, a ERRATA nº 001/2019 do Edital de Pregão supramencionado.

#### **FICAM ALTERADOS:**

I - A DATA DE ABERTURA, que passa a ser no dia **11/09/2019**, às 09 horas.

II - O OBJETO, que passa a ter a seguinte redação: **REGISTRO DE PREÇOS DE ME OU EPP NAS DIRETRIZES DA LEI COMPL. Nº 123/2006, PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE SALVADOR SALVINO MOREIRA, REFERENTE À PROPOSTA Nº 13591.965000/1180-03 E PORTARIA Nº 4.061 DE 18/12/2018 DO MIN. DA SAÚDE.**

III - O ITEM 003 AUTOCLAVE (nos Anexos I e II), que passa a ter a seguinte descrição: **AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 25 LITROS: CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; CAPACIDADE 25 LITROS. Obrigatório comprovação de Registro da ANVISA.**

IV - O ITEM 008 CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (nos Anexos I e II), que passa a ter a seguinte descrição: **CARACTERISTICA FISICA: GABINETE INTERNO: EM AÇO INOXIDAVEL 304, POSSUIR CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, DISCADOR DE EMERGENCIA, SENSORES INTERNOS, SISTEMA DE EMERGENCIA(BATERIA/ NOBREAK) SISTEMA REGISTRO DE DADOS. TEMPERATURA: ENTRE +2°C E + 8°C. CAPACIDADE/QUANTIDADE: 300 LITROS/ 4 GAVETAS OU PRATELEIRAS. PRATELEIRAS: COM REGULAGEM DE ALTURA E VAZADAS. COMPRESSOR: HERMÉTICO (SILENCIOSO E COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA). CONDENSAÇÃO: AR FORÇADO. Obrigatório comprovação de Registro da ANVISA.**

Ficam mantidas as demais disposições previstas no Edital.

Senador Modestino Gonçalves-MG, 27 de agosto de 2019.

Arnaldo de Oliveira Neto  
Pregoeiro